

T & K GmbH - Geestfurth 2 - 28844 Weyhe b. Bremen
Kundeninformation Deutsch

TDP® - GOU GONG® - DAS ORIGINAL

Datum

Sicherheitsüberprüfung

Sehr verehrte Kunden,

bei einer TDP Gou Gong® Lampe aus dem Silikat Institut wurde bei einer Stichprobenuntersuchung festgestellt, dass am Kabel im Bedienungsteil eine Zugentlastung fehlte.

Das betroffene Gerät stammt aus der Produktion September 2009.

Es besteht ein Sicherheitsrisiko, da bei fehlender Zugentlastung das Kabel aus den Klemmen herausgerissen werden könnte, wodurch es zu einem Kurzschluss kommen könnte.

In weiteren Proben konnte kein derartiger Fehler nachgewiesen werden. Um aber jede Gefahr auszuschließen haben wir uns als Importeur und Bevollmächtigter des Silikat Institutes entschlossen, Besitzern einer TDP Gou Gong® Lampe eine kostenlose Sicherheitsüberprüfung anzubieten.

Alle Kunden werden gebeten, das Bedienungsteil Ihres Gerätes an uns einzusenden. Die Überprüfung ist kostenlos. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wird das Gerät instandgesetzt.

Wir bitten Sie, unseren Aufruf als vorbeugenden Verbraucherschutz anzusehen.

Um die Sicherheitsüberprüfung koordinieren zu können, bitten wir Sie, Kontakt mit uns aufzunehmen, damit Sie Ihr Bedienungsteil zügig zurückerhalten.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. 

Xiance Tang
(Geschäftsführer)

T & K Silicate Europe GmbH
Geestfurth 2 - D 28844 Weyhe bei Bremen
Fon: +49 (0) 421 80 28 23
Fax: +49 (0) 421 80 28 05
info@wellnesslampe.com
www.wellnesslampe.com
Ust.-Identnr.: DE247276572
Registergericht Walsrode - HR B 111815
Sitz der Gesellschaft: Weyhe bei Bremen
Commerzbank Bremen:
Konto 242443000 - BLZ 29040090
IBAN: DE33 2904 0090 0242 4430 00
BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Bremen
Konto 203749700 - BLZ 29070024
IBAN: DE26 2907 0024 0203 7497 00
BIC: DEUTDE33330
Geschäftsführer: Xiance Tang